

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ  
им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»  
(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

1190005, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, тел.: +7 (812) 251-76-01, факс: +7 (812) 713-01-14  
info@vniim.ru, www.vniim.ru



**ВНИИМ**  
им. Д.И. Менделеева

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
CERTIFICATE



**AAC.PTP.00295**

**ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ  
В ПРОВЕРКЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ  
МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ  
ИСПЫТАНИЯХ**

Раунд «КХА мочевины и мочевой кислоты в сыворотке крови» программы  
БПК-209-37/243.01.2022 «Биологические объекты на основе крови» в 2022 году  
май 2022 г.

**Провайдер проверки квалификации:** ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»,  
Аттестат аккредитации № AAC.PTP.00295 (область аккредитации доступна на  
сайте [www.aac-analitica.ru](http://www.aac-analitica.ru)).

**Наименование лаборатории:** ОКЛД АО «СЗЦДМ».

**Аттестат аккредитации / уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц (при наличии):** -

**Месторасположение:** 190121, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки,  
д. 154.

В 2022 году лаборатория приняла участие в раунде проверки квалификации  
БПК-209-37/243.01.2022 при выполнении измерений мочевины и мочевой  
кислоты в сыворотке крови.

Результаты участия ОКДЛ приведены в заключении (см. оборотную сторону свидетельства).

Приложение: отчет по результатам проверки квалификации по раунду  
№ БПК-209-37/243.01.2022 «Биологические объекты на основе крови», раунд  
«КХА мочевины и мочевой кислоты в сыворотке крови» на 25 листах  
(номер лаборатории в отчете – 5).

Генеральный директор  
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»



А.Н. Пронин

серия П № 000679


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам участия ОКЛД АО «СЗЦДМ» (Фонбанка) в раунде «КХА мочевины и мочевой кислоты в сыворотке крови» программы БПК-209-37/243.01.2022 «Биологические объекты на основе крови»

Контролируемый показатель, ед. изм.	Приписанное значение, $X_{pt}$	Стандартное отклонение квалификации, $\sigma_{pt}$	Результат измерений лаборатории	Значение $Z$ -индекса	Оценка качества измерений в лаборатории
мочевая кислота, мкмоль/дм <sup>3</sup>	305	6,24	309	0,66	удовлетворительно
мочевина, ммоль/дм <sup>3</sup>	5,88	0,35	5,93	0,15	удовлетворительно

Заместитель руководителя провайдера

Тел.: 3239653, E-mail: L.V.Osipova@vniim.ru



Л.В. Осипова

Координатор раунда

Руководитель лаборатории НИО 243

Тел.: 3239617, E-mail: i.b.maksakova@vniim.ru



И.Б. Максакова